STOMATOLOGIYA TIBBIY USKUNALARINING SAQLANISHIGA QO‘YILADIGAN ZAMONAVIY GIGIYENIK TALABLAR

Usmanova Shoira Ravshanbekovna
Alfraganus University
Stomatologiya kafedrasi professori
Sur’atov Dilmurod Xikmatilla o‘g‘li
Alfraganus University
Stomatologiya ishi yo‘nalishi 2-kurs talabasi
Xusanov Xamidullox Farxod o‘g‘li
Alfraganus University
Stomatologiya ishi yo‘nalishi 2-kurs talabasi
Raxmatullayeva Dilnoza Utkurovna
vrach stomatology

Kirish. Stomatologiya amaliyotida yuqumli kasalliklarning tarqalishining oldini olishda tibbiy asbob-uskunalar va jihozlarni to‘g‘ri saqlash hal qiluvchi ahamiyatga ega. Davolash jarayonida ishlatiladigan barcha sterillangan va steril bo‘lmagan asboblar mikrob bilan ifloslanishdan (kontaminatsiyadan) ishonchli himoyalangan bo‘lishi shart.

Asosiy gigiyenik talablar va qoidalar: Ish jarayonida **Steril asboblarni saqlash:** Avtoklav yoki quruq issiqlik shkafida sterillangan asboblar maxsus steril qadoqlarda (kraft-paketlar, qog‘oz-plastik paketlar) saqlanishi kerak. Qadoqlarning butunligi va ularda ko‘rsatilgan yaroqlilik muddatlariga (qadoq turiga qarab 20 kundan 1 yilgacha) qat’iy rioya qilinadi. Qadoqlanmagan holda sterillangan asboblar faqat bakteritsid (bakteriyalarni o‘ldiradigan) ultrabinafsha (UB) kameralarda yoki steril stollarda ruxsat etilgan muddatda (odatda 3-7 sutka) saqlanishi mumkin.

Mikroiqlimko‘rsatkichlarini baholash nazorati

Uskunalar saqlanadigan xonalar va shkaflar doimo quruq va toza bo‘lishi lozim. Havo harorati **+18°C dan +25°C gacha**, nisbiy namlik esa **60-65% dan oshmasligi** kerak. Ochqichlar yoki shamollatish tizimlari chang kirmaydigan qilib himoyalangan bo‘lishi shart.

Mebel va saqlash jihozlariga talablar:

Asboblarni saqlash uchun mo‘ljallangan shkaflar va tortmalar silliq, namlikka chidamli va dezinfeksiyalovchi vositalar bilan tez-tez ishlov berishga bardoshli materiallardan (metall, plastik) tayyorlangan bo‘lishi kerak. Yog‘och kabi g‘ovakli yuzalardan foydalanish taqiqlanadi.

Stomatologik nakonechniklar (burg‘ulash asboblari):

Har bir bemordan keyin nakonechniklar dezinfeksiya qilinishi, tozalanishi, moylanishi va sterillanishi shart. Ularni steril holatda, alohida paketlarda saqlash va faqat bevosita bemor qabul qilinayotganda ochish talab etiladi.

Xulosa. Stomatologiya uskunalarini gigiyenik talablar asosida saqlash — aseptika (mikroblar tushishining oldini olish) zanjirining ajralmas qismidir. Ushbu qoidalarga qat’iy rioya qilish stomatologik klinikalarda sanitariya-epidemiologik barqarorlikni ta'minlaydi va tibbiy xizmat sifatini kafolatlaydi